



AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

BIURO LOGISTYKI

Warszawa, dnia 13.03.2020 r.

dot.: postępowania, którego przedmiotem jest **dostawa specjalistycznych urządzeń oraz odczynników i materiałów niezbędnych do kompleksowego wyposażenia ciągu badawczego do pracy z mtDNA i materiałem kostnym** w ramach projektu nr PL/2017/PR/0006 pt.: „Rozszerzenie możliwości identyfikacji genetycznej o badanie mtDNA oraz materiału kostnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego na lata 2014-2020 (Porozumienie finansowe nr 6/PL/2017/FBW) – nr 4/ZP/2020

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Zamawiający informuje, iż w dniu 13 marca 2020 roku otrzymał pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej: „uPzp”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

odnośnie Części X - System do dokumentowania żeli z wyposażeniem

„Część X:

Czy Zamawiający pisząc: „Wyposażony w oprogramowanie do kontroli aparatu” ma na myśli oprogramowanie będące częścią aparatu i służące do jego obsługi? Przenośne, proste systemy do wizualizacji, składające się z osobnej komory z aparatem i transiluminatora z samej zasady nie potrzebują komputera do obsługi systemu do dokumentacji i nie posiadają dodatkowego oprogramowania do jego kontroli za pomocą komputera”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający pisząc „Wyposażony w oprogramowanie do kontroli aparatu” ma na myśli oprogramowanie instalowane na laptopie służące do obsługi urządzenia rejestrującego i umożliwiające archiwizację zdjęć.

