

Warszawa 20.08.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **zakup i dostawa fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego wraz z jego instalacją, przeszkoleniem personelu medycznego w zakresie jego obsługi oraz pełną usługą gwarancyjną i serwisową** (nr sprawy 16/ZP/2020).

ZMIANA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany wyjaśnień treści SIWZ z dnia 19.08.2020 roku w następującym zakresie:

- Odpowiedź na **pytanie 4** otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o ilości elementów 384 wykonanej w technologii Hanafy Lens co odpowiada 780 elementów tradycyjnej technologii, szerokość czoła 38,4 mm.”
- Odpowiedź **na pytanie 8** otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza sondę liniową wysokiej częstotliwości spełniającą pozostałe wymagania wykonaną w technologii Multicrystal i posiadającą 1100 elementów akustycznych.”

Zmiany odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.