

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU  
ORAZ INNYCH WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA**

Nazwa parametru	Parametry wymagane	
<b>APARAT DO GŁĘBOKIEJ STYMULACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ</b>		
Sprzęt fabrycznie nowy, rok 2011	TAK	
Indukcja magnetyczna	Max. 2,5 tesli	
Częstotliwość magnetyczna	Pulsacyjna symetryczna dwufazowa 1-50 Hz	
Czas trwania impulsu	310 $\mu$ s (+/- 10%)	
Czas zabiegu	1-60 min	
Automatyczne programy do leczenia	TAK	
Tryb automatyczny i ręczny	TAK/TAK	
Wyposażenie standardowe: jednostka główna, ramię, aplikatur.	TAK	
Ekran LCD	TAK	
Wskaźnik intensywności pola magnetycznego	TAK	
Wskaźnik czasu trwania zabiegu	TAK	
Wskaźnik przegrzania przetwornika	TAK	
Przycisk bezpieczeństwa	TAK	
Długość ramienia	80-90 cm	
Waga	do 55 kg	
Zasilanie	230V, 50Hz	
Temperatura pracy	10-40 °C	
Instalacja, uruchomienie	TAK	
Przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi	TAK	
Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie polski	TAK	
Deklaracja zgodności CE sprzętu, paszport techniczny	TAK	