

Warszawa, dnia 18.06.2012 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup aparatu RTG jezdnego z ucyfrowieniem i systemem PACS na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 (nr sprawy 06/ZOZ/2012).

ZMIANA TREŚCI S.I.W.Z.

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w dniu 15.06.2012 r. omyłkowo odpowiedział na nw. pytanie wykonawcy:

„Pytanie:

Pytanie 2-pkt.14 Czy zamawiający dopuści aparat jednoogniskowy gdzie wielkość ogniska jest równa 1.8?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami S.I.W.Z. zamawiający wymaga aparatu jednoogniskowego gdzie ogniskowa lampy jest w przedziale od 0,6 do 1,8 mm.”

Prawidłowa odpowiedz powinna brzmieć:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu jednoogniskowego. Zamawiający wymaga aparatu dwuogniskowego, w którym ogniska lampy są 0,6 mm małe, 1,8 mm duże.

Wobec powyższego, zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający wprowadza zmianę S.I.W.Z. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do S.I.W.Z.) oraz Zestawienie wymaganych i oferowanych przez wykonawcę parametrów technicznych aparatury (Załącznik nr 8 do S.I.W.Z.) w pkt III ppkt 14 otrzymuje brzmienie:

14	Aparat dwuogniskowy, ogniska lampy są: 0,6 mm małe, 1,8 mm duże
----	---

Pozostała treść S.I.W.Z pozostaje bez zmian

W załączeniu Załączniki nr 1 i 8 do S.I.W.Z. z uwzględnieniem ww. zmiany.