

Warszawa: Dostawa ultrasonografu wielozadaniowego z dwiema głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi

Numer ogłoszenia: 327423 - 2008; data zamieszczenia: 21.11.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze , ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525, faks 0 22 58 56 565.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.abw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ultrasonografu wielozadaniowego z dwiema głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ultrasonografu wielozadaniowego z dwiema głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości - 5.600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100), przed upływem

terminu składania ofert, tj. do godz. 10:00 w dniu 01.12.2008 r. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym na rachunek - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze NBP O/O Warszawa nr: 10 1010 1010 0092 6313 9130 0000, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 3) Oferty niezabezpieczone wadium nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wykonawcy, którzy złożą ofertę niezabezpieczoną wadium podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnianie warunków oceniane będzie spełnia - nie spełnia..
- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:** Na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w ww. pkt. 6 ppkt 1 wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp; b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp; c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego wykonawca przedstawi folder, katalog lub inny dokument zawierający fotografię i opis oferowanego urządzenia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 80
- 2 - Parametry techniczne - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.abw.gov.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Wydział Zamówień Publicznych Biura Administracyjno -Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa ul. Samochodowa 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

01.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno -Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
nr sprawy 16/IX/2008

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A

adres do korespondencji

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno – Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5
02-652 Warszawa
tel.: 022 58 56 525 faks: 022 58 56 565

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultrasonografu wielozadaniowego z dwiema głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi.
- 2) Oznaczenie wg CPV: 33112200-0 – aparaty ultrasonograficzne.
- 3) Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2008). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej specyfikacji.
- 4) Gwarancja na oferowane urządzenie: **min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru.**
- 5) Miejsce dostawy: obiekt zamawiającego na terenie Warszawy.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych.

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2008 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- 1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 2) Spełnianie warunków oceniane będzie „spełnia”- „nie spełnia”.

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- 1) Na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w ww. pkt. 6 ppkt 1 wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
 - a) oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do s.i.w.z.;
 - b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp - zgodnie z **załącznikiem nr 2** do s.i.w.z.;

- c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, **wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8. Dodatkowe wymagania zamawiającego:

Na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego wykonawca przedstawi folder, katalog lub inny dokument zawierający fotografię i opis oferowanego urządzenia.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu. Numer faksu zamawiającego: 022 58 56 565.

10. Wymagania dotyczące wadium:

- 1) Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości – **5.600,00 zł** (słownie: **pięć tysięcy sześćset złotych 00/100**), przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz. **10⁰⁰** w dniu **01.12.2008 r.**
- 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu wpłaconym na rachunek - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze NBP O/O Warszawa nr: 10 1010 1010 0092 6313 9130 0000,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

- 3) Oferty niezabezpieczone wadium nie będą podlegały rozpatrzeniu. Wykonawcy, którzy złożą ofertę niezabezpieczoną wadium podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4) Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, jeżeli:
 - a) upłynął termin związania ofertą,
 - b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
- 5) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
- 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami.

Jarosław Talarowski nr tel. 022 58 56 563

12. Termin związania ofertą.

- 1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
- 2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 1) Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 2) Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.
- 3) Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną czytelną techniką w sposób trwały, wg formularza oferty - **załącznika nr 1** do niniejszej specyfikacji.
- 4) Wykonawca przedstawi zestawienie wymaganych parametrów technicznych oraz zestawienie parametrów ocenianych, stanowiących potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez zamawiającego, zgodnie z **załącznikami 3 oraz 3A** do niniejszej specyfikacji.
- 5) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania firmy, wymienioną(-e) w rejestrze handlowym firmy (wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (wymagane jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa w formie pisemnej, w oryginale)
- 6) Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punktach 7 i 8 s.i.w.z.
- 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
- 8) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być one udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.
- 9) Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca wniósł poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 10) Wykonawca winien umieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która:
 - a) będzie zaadresowana na adres zamawiającego:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5
 - b) będzie posiadać oznaczenie: „**Oferta na dostawę ultrasonografu wielozadaniowego – nr sprawy 16/IX/2008**” oraz „**Proszę nie otwierać przed posiedzeniem komisji**”. (W przypadku braku tych oznaczeń lub niewłaściwego zaadresowania koperty, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego powodu zdarzenia np.: omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert).
- 11) Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
- 11) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć w **Wydziale Zamówień Publicznych Biura Administracyjno - Gospodarczego ABW, 02 - 652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek**.
- 2) Termin składania ofert upływa dnia **01.12.2008 r.** o godz. **10⁰⁰**.
- 3) W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego.
- 4) Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
- 5) Oferty zostaną otwarte w dniu **01.12.2008 r.** o godz. **10¹⁵** w Wydziale Zamówień Publicznych BAG ABW, w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (sala konferencyjna).
- 6) W celu uczestniczenia w otwarciu ofert, należy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert na Biuro Przepustek z dokumentem tożsamości.

15. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 1) Sposób wyliczenia ceny oferty przedstawia formularz oferty.
- 2) Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (m.in. wartość oferowanego towaru, podatek VAT, koszt transportu do obiektu

zamawiającego na terenie Warszawy, koszty dostawy, instalacji wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu).

3) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1) Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i które nie podlegają odrzuceniu, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z poniższymi kryteriami.

2) Kryterium oceny ofert są:

a) cena oferty (80 %)

➤ liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100 \times 80\%$$

gdzie:

C - liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena,

C_{\min} - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

C_{bad} - cena oferty badanej nieodrzuconej.

b) parametry techniczne (20 %)

➤ liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium parametry techniczne zostanie wyliczona wg wzoru:

$$P = \frac{P_p}{P_{\max.}} \times 100 \times 20\%$$

gdzie:

P - liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium parametry techniczne,

P_p - liczba punktów przyznanych,

$P_{\max.}$ - maksymalna liczba punktów.

Liczbę punktów możliwych do uzyskania w kryterium „parametry techniczne” oraz sposób przyznawania punktów przedstawia **załącznik nr 3A** do niniejszej specyfikacji.

3) Zamawiający wybiera ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

17. Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1) Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

2) O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę w trybie roboczym.

3) Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera **załącznik nr 4** do niniejszej specyfikacji.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

19. Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom.

20. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są nw. załączniki:

- 1) załącznik nr 1 - formularz oferty,
- 2) załącznik nr 2 - formularz oświadczeń, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1 a i b,
- 3) załącznik nr 3 - zestawienie wymaganych parametrów technicznych,
- 4) załącznik nr 3A - zestawienie parametrów ocenianych,
- 5) załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy.

_____ dnia _____

FORMULARZ OFERTY

Składając w imieniu _____

ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa ultrasonografu wielozadaniowego z dwiema głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Wartość oferty: _____ **zł netto**
Kwota podatku VAT _____ **zł**
Cena oferty*: _____ **zł brutto**

* cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia (m.in. wartość oferowanego towaru, podatek VAT, koszt transportu do obiektu zamawiającego na terenie Warszawy, koszty dostawy, instalacji wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu).

Gwarancja na oferowane wyposażenie będzie wynosiła: _____ m-ce(y) od daty protokolarnego odbioru.

1. Niniejszym oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
- akceptujemy termin wykonania zamówienia: do dnia 30.12.2008 r.,
- akceptujemy warunki płatności: na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT w ciągu 14 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru,
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w dokumentacji warunków wykonania zamówienia tj. 30 dni od terminu składania ofert,
- zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.


2. Oferta wraz z załącznikami zawiera _____ stron ponumerowanych w kolejności.

3. Osobami upoważnionymi do podpisania umowy są: _____

(pieczętka i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznikami do oferty są:

- dowód wniesienia wadium,
- zestawienie wymaganych parametrów technicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do s.i.w.z.,
- zestawienie parametrów ocenianych zgodnie z załącznikiem nr 3A do s.i.w.z.,
- dokumenty, o których mowa w pkt. 7 oraz pkt. 8 s.i.w.z.



_____ dnia _____ .2008 r.

OŚWIADCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:

(podać nazwę firmy)

oświadczamy że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, który mówi, że z postępowania wyklucza się:
 - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
 - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - osoby prawne, których zarządzającego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 - wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3,
 - wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
 - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
 - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,
 - wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

(pieczętka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
ULTRASONOGRAFU WIELOZADANIOWEGO Z 2 GŁOWICAMI**

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2008 r.

Lp.	Nazwa parametru	Parametry wymagane	Parametry oferowane
I.	PARAMETRY OGÓLNE		
1.	Cyfrowe z poczwórnym składaniem przetwarzanie wiązki ultradźwiękowej	Tak	
2.	Częstotliwości pracy aparatu min.1 ÷ 16 MHz	Tak	
3.	Ilość kanałów przetwarzania min.12000	Tak	
4.	Zakres głębokości penetracji min. 2 - 27 cm	Tak	
5.	Dynamika wzmacnienia min. 185 dB	Tak	
6.	Ilość czynnych obrazowych gniazd głowic min. 3	Tak	
7.	Ilość gniazd głowic tzw. portowych min. 2	Tak	
II.	TRYBY PRACY		
1.	B-mode, B/B	Tak	
2.	M-mode, B /M	Tak	
3.	HI - Obrazowanie Harmoniczne	Tak	
4.	PWD - Doppler Pulsacyjny	Tak	
5.	CWD - Doppler Ciągły	Tak	
6.	CD - Doppler Kolorowy	Tak	
7.	TDI - Doppler Tkankowy	Tak	
8.	DPD - Doppler Mocy/Angio	Tak	
9.	CI – Obrazowanie wielowiązkowe-compound	Tak	
10.	HPRF – Obrazowanie dla szybkich przepływów	Tak	
11.	TI – Obrazowanie trapezowe dla głowic liniowych	Tak	
12.	Duplex: 2D + PWD/CWD, TDI+B/M/PWD	Tak	
13.	Triplex: 2D + CD + PWD	Tak	

III.	MONITOR		
1.	Monitor wysokiej rozdzielczości LCD min. 17"	Tak	
2.	Monitor umieszczony na ruchomym ramieniu z możliwością regulacji w pionie, poziomie, obrót, przechył	Tak	
3.	System nagłaśniania	Tak	
IV.	PRZETWARZANIE OBRAZU		
1.	Skala szarości min.256	Tak	
2.	Zoom dla obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonym min. 16x	Tak	
3.	Rewers obrazu: prawy /lewy	Tak	
4.	Znaczniki ciała	Tak	
5.	Obrót obrazu	Tak	
6.	Prędkość odświeżania obrazu min. 500 obr/sek	Tak	
7.	Automatyczna optymalizacja obrazu przy pomocy jednego przycisku dla B-mode i PWD	Tak	
8.	Pamięć CINE min. 4000 obrazów B&W	Tak	
9.	Możliwość wpisania adnotacji	Tak	
V.	PARAMETRY DOPPLERA PULSACYJNEGO		
1.	Minimalna wielkość bramki Dopplera min. 1 mm	Tak	
2.	Maksymalna wielkość bramki Dopplera min. 20 mm	Tak	
3.	Maksymalna mierzona prędkość min. 10 m /s	Tak	
4.	Kąt uchylności Dopplera min. 25 ⁰	Tak	
5.	PRF min. 23 kHz	Tak	
6.	Automatyczna optymalizacja zapisu	Tak	
VI.	PARAMETRY DOPPLERA CIĄGŁEGO		
1.	Maksymalna mierzona prędkość min. 18 m /s	Tak	
2.	Moduł EKG	Tak	
VI.	POMIARY		
1.	Odległości min. 10 znaczników	Tak	
2.	Obszaru /długości obrysu / Kątów	Tak	
3.	Pola powierzchni / Objętości	Tak	
4.	Pomiar wartości prędkości przepływu	Tak	
5.	Czasu / Tętna	Tak	
6.	Indeksu Pulsacyjnego i Rezystancyjnego	Tak	
7.	Stosunków: czasu i prędkości	Tak	
VIII.	OBLICZENIA /RAPORTY		
1.	Program kardiologiczny	Tak	
2.	Program naczyniowy	Tak	
3.	Program ginekologiczny, położniczy	Tak	
4.	Inne	Podać	

IX.	GŁOWICE		
1.	<i>Convex do badań jamy brzusznej</i>		
2.	Szerokopasmowa o częstotliwości min. 2 ÷ 6 MHz	Tak	
3.	Kąt widzenia min. 70°	Tak	
4.	Wybór częstotliwości min. 5	Tak	
5.	Wybór częstotliwości II Harmonicznej min. 5	Tak	
6.	Ilość elementów min. 192	Tak	
7.	<i>Liniowa do badań narządów powierzchniowych i naczyniowych</i>		
8.	Szerokopasmowa o częstotliwości min. 5 ÷ 12 MHz	Tak	
9.	Pole widzenia min. 50 mm	Tak	
10.	Wybór częstotliwości dla B-mode min. 5	Tak	
11.	Wybór częstotliwości II Harmonicznej min. 5	Tak	
12.	TI – Obrazowanie trapezowe	Tak	
13.	Ilość elementów min.192	Tak	
X.	ARCHIWIZACJA		
1.	TP - Drukarka termiczna	Tak	
2.	HDD - Twardy Dysk min. 120 GB	Tak	
3.	DVD - Napęd min. 4,7 GB	Tak	
4.	USB – Nośnik PENDRIVE	Tak	
5.	Zapisywanie w formatach: BMP, TIF, JPG	Tak	
IX.	ERGONOMIA		
1.	Mobilny układ jezdny	Tak/Opisać	
2.	Konsola /Klawiatura alfanumeryczna	Tak	
3.	Podświetlane przełączniki funkcyjne z możliwością programowania min. 15	Tak	
4.	Wymiar szerokości max. 55 cm	Tak	
5.	Waga	Podać	
6.	Zasilanie 230 V, 50 Hz	Tak	
X.	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY		
1.	Możliwość obrazowania 3D i 4D na głowicach typu convex, endowaginalna,	Tak	
2.	Możliwość obrazowania Panoramicznego	Tak	
3.	Możliwość podłączenia głowic przezprzełykowej dla dorosłych i dzieci	Tak	
4.	Możliwość podłączenia głowicy z centralnym kanałem biopsyjnym	Tak/Nie	
5.	Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową z 96 elementami i 5 częstotliwościami pracy dla B-mode i THI	Tak	
6.	Możliwość rozbudowy o Stess Echo	Tak	
7.	Możliwość rozbudowy o badanie kontrastami	Tak	
8.	Możliwość rozbudowy o badanie mikroprzepływów	Tak	
9.	Możliwość rozbudowy o głowicę endorektalną dwupłaszczyznową	Tak/Nie	

XI.	CERTYFIKATY		
1.	Certyfikat CE	Tak	
XII.	POZOSTAŁE		
1.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach (min.5 lat)	Tak	
2.	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem)	Tak	
3.	Gwarancja min. 24 miesiące na aparat i głowice.	Tak	

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego wymagania określonego w tabeli jw. spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru oferowanego przedmiotu zamówienia. Należy wypełnić wszystkie pola tabeli wykreślając odpowiednio TAK/NIE, wpisując odpowiednie wartości lub nazwy

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczęćka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OCENIANYCH
ULTRASONOGRAFU WIELOZADANIOWEGO Z 2 GŁOWICAMI**

L.p.	Parametr oceniany przez Zamawiającego	Parametr oferowany
JEDNOSTKA CENTRALNA /KONSOLA		
1.	Zakres częstotliwości pracy min.1 – 16 MHz = 16 MHz – 0 pkt > 16 MHz – 2 pkt	
2.	Ilość kanałów przetwarzania min. 12000 = 12000 – 0 pkt > 12000 – 2 pkt	
PARAMETRY DOPPLERA PULSACYJNEGO		
3.	PRF min. 23 kHz = 23 kHz – 0 pkt > 23 kHz – 4 pkt	
PARAMETRY DOPPLERA CIĄGŁEGO		
4.	Maksymalna mierzona prędkość min. 18 m/s = 18 m/s – 0 pkt > 18 m/s – 4 pkt	
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY		
5.	Możliwość podłączenia głowicy z centralnym kanałem biopsyjnym TAK/NIE Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt	
6.	Możliwość rozbudowy o głowicę endorektalną dwupłaszczyznową TAK/NIE Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt	

Maksymalna ilość punktów - 20 pkt.

.....
(miejsowość, data)

.....
(pieczętka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)

UMOWA DOSTAWY

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG do Zakładu Opieki Zdrowotnej ABW Nr 1, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej aparaturą, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że aparatura będąca przedmiotem umowy, wolna od wad, nie była przedmiotem ekspozycji, użytkowania, posiada odpowiednie certyfikaty i spełnia obowiązujące normy dla tego rodzaju aparatury.
3. Aparatura opakowana będzie w odpowiednie opakowania jednostkowe i zbiorcze.
4. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z aparaturą:
 - instrukcję obsługi,
 - wykaz i częstotliwość czynności konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta,
 - karty gwarancyjne,
 - dokument określający zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

§ 2

Odbiór ilościowy i jakościowy aparatury nastąpi u Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym w § 1 ust 1 i 4. Wykonawcę i Zamawiającego reprezentować przy odbiorze będą upoważnieni pracownicy.

§ 3

WARTOŚĆ UMOWY

1. Strony ustalają łączną cenę aparatury na kwotę zł brutto (słownie:zł). Szczegółowe składniki ceny zawiera załącznik nr 2 do umowy.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - wartość aparatury,
 - wszelkie koszty transportu zagranicznego i krajowego,
 - koszty załadunku i rozładunku,
 - ubezpieczenie aparatury w Polsce i poza jej granicami, do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,
 - koszty odprawy celnej,
 - koszty montażu i uruchomienia,
 - koszty szkolenia.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie – po dostarczeniu aparatury, zainstalowaniu i uruchomieniu oraz przeszkoleniu personelu.

§ 4

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po wykonaniu umowy i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

§ 5

GWARANCJA

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczona aparatura jest nowa (rok produkcji 2008), sprawna i zostanie zainstalowana bez żadnego uszczerbku oraz posiada wymagane przez prawo zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające do obrotu i używania.
2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej, pełnej gwarancji na aparaturę i instalację będącą przedmiotem umowy, która biegnie od daty protokolarnego odbioru.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek lub wymiany aparatury na wolną od wad oraz załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą aparatury na nową, jej wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jej importem we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia awarii (nie wlicza się niedziel i świąt).
5. Na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca dostarczy aparaturę zastępczą.
6. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o okres przestoju aparatury.
7. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu dostarczonej aparatury, Wykonawca zobowiązany jest wymienić dostarczoną aparaturę na nową.
8. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy.

§ 6

KARY UMOWNE

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w terminie określonym w § 1 ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dostarczenia aparatury zastępczej zgodnie z § 5 ust. 5 lub niepodjęcia naprawy gwarancyjnej w terminie wskazanym w § 5 ust. 4.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie przekroczenia terminu realizacji umowy określonego w § 1 ust. 4.
4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość poniesionej szkody przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.
5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej.
6. Łączna wysokość kar nie może być wyższa niż 15 % wartości umowy.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O wadliwej pracy dostarczonej aparatury Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 24 godzin od jej wystąpienia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia aparatury w przypadku:
 - dostarczenia aparatury niezgodnej z umową,
 - dostarczenia aparatury z opóźnieniem.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzitelności i przysługujących mu praw na podstawie niniejszej umowy wobec Zamawiającego.
4. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć ugodowo wynikłe w związku albo n podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Informację wytworzył: **Jarosław Talarowski**
Data wytworzenia informacji: **21.11.2008 r.**

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ultrasonografu wielozadaniowego z dwiema głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi, nr sprawy: 16/IX/2008.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) informuję, iż w dniu 25.11.2008 r. do zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

Zapytanie Nr 1

Pytanie nr 1:

„W nawiązaniu do w/w przetargu prosimy o odpowiedź na następujące pytanie dotyczące Załącznika nr 3 do SIWZ pkt II ppkt 11, oraz pkt.12, ppkt 12 – czy Zamawiający dopuści aparat bez obrazowania trapezowego dla głowic liniowych ?

Obrazowanie trapezowe poszerza co prawda wielkość pola obrazowego o ok. 15 % ale dzieje się to kosztem rozdzielczości, poza tym rozszerzona wiązka nie pozwala na obrazowanie wszystkich dużych narządów powierzchniowych znajdujących się w obrysie pola widzenia, a w szczególności na większych głębokościach. Zasadnicza sprawa jest utrata rozdzielczości na skrajach pola. W związku z tym przydatność do badań zostaje ograniczona i praktycznie nie ma zastosowania do badania.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty o trybie obrazowania trapezowego dla głowic liniowych. Przedmiotowe rozwiązanie techniczne funkcjonuje od kilkunastu lat, jest dopracowane i nie występuje w nim utrata rozdzielczości obrazu na obrzeżach pola widzenia. W związku z powyższym zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania aparatu, który nie spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj. aparatu bez obrazowania trapezowego dla głowic liniowych.

Pytanie nr 2:

„W związku z rozbieżnością zapisów w pkt. 5 SIWZ oraz w § 1 pkt. 4 wzoru umowy, rozumiemy, że obowiązującym jest zapis pkt. 5 SIWZ ?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązującym jest zapis pkt. 5 s.i.w.z., ponadto terminem ostatecznym dla wykonania zamówienia jest dzień 30 grudnia 2008 r.

Pytanie nr 3

„W związku z rozbieżnością zapisów Załącznika nr 3, pkt. XII ppkt 1 SIWZ oraz w § 5 pkt 8 wzoru umowy rozumiemy, że obowiązującym jest zapis załącznika nr 3, pkt XII ppkt 1 SIWZ ?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że obowiązującym jest zapis załącznika nr 3, pkt XII ppkt 1 s.i.w.z., tzn., że okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy wynosi min. 5 lat.

Pytanie nr 4:

„W związku z § 5 pkt 7 wzoru umowy prosimy o zmianę wymogu zawartego w tym punkcie na wymóg:

W przypadku 1-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu/podzespołu dostarczonej aparatury, Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element/podzespół na nowy. Z Państwa propozycji umowy wynika, że 3 krotne usterki aparatu w okresie gwarancji wynoszącej aż 24 miesiące spowodowane np. uszkodzeniem klawisza na pulpicie sterującym skutkowałyby wymianą całego aparatu na nowy.

Uważamy, że wymiana całego aparatu spowodowana w/w usterkami jest nieuzasadniona, ponieważ w takiej sytuacji naprawa nie stanowiąca nawet 1 % wartości całego aparatu powodowałaby wymianę aparatu na nowy i narażałaby Wykonawcę na poniesienie bardzo wysokich kosztów nowego aparatu tj. 100 %.

Ponadto wymiana aparatu po 3 drobnych usterkach nie jest konieczna, gdyż takie naprawy nie mają absolutnie wpływu na jakość aparatu.

Producent aparatu gwarantuje wymianę uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy już po jego pierwszym uszkodzeniu. W związku z tym nie ma potrzeby wymieniać aparatu na nowy w przypadku trzech uszkodzeń aparatu w okresie 24 miesięcznej gwarancji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 7 istotnych postanowień umowy. Zapis ten gwarantuje, że wykonawcy świadomie zaoferują aparat, którego klasa i jakość wykonania pozwolą na bezawaryjną pracę zarówno w okresie gwarancji jak i po terminie jej wygaśnięcia.

Zapytanie Nr 2:

„Załącznik nr 3 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych ultrasonografu wielozadaniowego z 2 głowicami.

Pytanie nr 1:

„Parametry ogólne – pkt.I.7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu doskonały echokardiograf klasy Premium (w wielu miejscach przewyższający parametrami wymagania Zamawiającego), który posiada 3 aktywne (czynne) porty głowic, ale nie posiada tzw. gniazd portowych (parkingowych) ?

Zamawiający wymaga tylko 2 głowic do aparatu (Convex, Liniowa) – aparat posiada 3 aktywne porty – jedno pozostaje więc niewykorzystane. Wymaganie jeszcze 2 dodatkowych gniazd tzw. portowych (parkingowych) jest bezzasadne. Wymóg ten powoduje, iż Zamawiający w zasadzie zawęża ilość potencjalnych Oferentów do jednej firmy, która jako jedyna oferuje takie rozwiązania na rynku, które nie ma żadnego wpływu na własności diagnostyczne aparatu. Tym samym Zamawiający ogranicza możliwość wyboru z pośród najlepszych ultrasonografów na rynku – co nie leży w interesie Zamawiającego i ogranicza konkurencję.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty posiadające 3 aktywne (czynne) porty głowic oraz gniazda portowe (parkingowe). W związku z powyższym zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania aparatu, który nie spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj. nie posiada min. 2 gniazd portowych (parkingowych).

Pytanie nr 2:

„Przetwarzanie obrazu – pkt. IV.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu doskonały echokardiograf klasy Premium (w wielu miejscach przewyższający parametrami wymagania Zamawiającego), który posiada doskonały ZOOM wysokiej rozdzielczości na obrazie zamrożonym x 16, ale w czasie rzeczywistym x 10 ?

Oferowana wartość x 10 jest w zupełności wystarczająca do specjalistycznej diagnostyki ultrasonograficznej nawet w warunkach klinicznych. Wyższe wartości powiększenia w czasie rzeczywistym i tak nie są stosowane w praktyce, ponieważ następuje wtedy znaczna utrata jakości obrazowania i rozdzielczości. Jeżeli jest taka potrzeba zawsze można skorzystać z powiększenia po zamrożeniu obrazu x 16.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty o ZOOM-ie w czasie rzeczywistym, jak i zamrożonym większym niż 16 razy. W związku z powyższym zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania aparatu, który nie spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj. aparatu oferującego możliwość przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym jak i zamrożonym przy zastosowaniu mniej niż 16 - krotnego ZOOM-u.

Pytanie nr 3:

„Głowice – pkt. IX. 1.3

Czy zamawiający dopuści do przetargu doskonały echokardiograf klasy Premium (w wielu miejscach przewyższający parametrami wymagania Zamawiającego), który posiada doskonałą głowicę szerokopasmową typu Convex wykonaną w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach (a tym samym większość rozdzielczość), ale o kącie obrazowania 60 stopni, który jest standardowym kątem przewidzianym dla diagnostyki przeprowadzanej głowicą typu convex ?

Dopuszczając powyższy parametr do przetargu Zamawiający zwiększa możliwość wyboru i zapewnia większą konkurencyjność postępowania bez straty możliwości obrazowych.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty z głowicą typu *Convex* o kącie widzenia 90°. Wymagany zatem przez Zamawiającego parametr określający kąt widzenia na poziomie min. 70° nie jest parametrem określonym na poziomie dyskwalifikującym wszelkie inne aparaty. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania aparatu, który nie spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj. aparatu posiadającego kąt widzenia na poziomie mniejszym niż min. 70°

Pytanie nr 4:

„Głowice – pkt. IX. 1.4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu doskonały echokardiograf klasy Premium (w wielu miejscach przewyższający parametrami wymagania Zamawiającego), który posiada doskonałą głowicę szerokopasmową typu Convex, zakresie częstotliwości 2,0-6,0 MHz i aż 8 częstotliwościach II harmonicznej, ale z możliwością wyboru 4 częstotliwości podstawowych ?

Dopuszczając powyższy parametr do przetargu Zamawiający zwiększa możliwość wyboru i zapewnia większą konkurencyjność postępowania bez straty możliwości obrazowych”

Odpowiedź Zamawiającego:

Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty oferujące głowice typu *Convex* z min. 5 częstotliwościami podstawowymi, charakteryzującymi echokardiografy wysokiej klasy. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania aparatu, który nie spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj. aparatu oferującego możliwość wyboru mniej niż min. 5 częstotliwości.

Pytanie nr 5:

„Głowice – pkt. IX. 1.10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu doskonały echokardiograf klasy Premium (w wielu miejscach przewyższający parametrami wymagania Zamawiającego), który posiada doskonałą matrycową głowicę szerokopasmową Liniową o 1024 przetwornikach, zakresie częstotliwości 4,0-13,0 MHz i aż 8 częstotliwościach II harmonicznej, ale z możliwością wyboru 4 częstotliwości podstawowych ?

Dopuszczając powyższy parametr do przetargu Zamawiający zwiększa możliwość wyboru i zapewnia większą konkurencyjność postępowania bez straty możliwości obrazowych”

Odpowiedź Zamawiającego:

Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są aparaty oferujące głowice szerokopasmowe Liniowe z min. 5 częstotliwościami podstawowymi, charakteryzującymi echokardiografy wysokiej klasy. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania aparatu, który nie spełnia wymagań określonych w s.i.w.z. tj. aparatu oferującego możliwość wyboru mniej niż min. 5 częstotliwości podstawowych.

Mając na uwadze treść wniesionego zapytania, na mocy art. 38 ust. 4 ww. ustawy zamawiający wprowadza zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmianie ulega treść załącznika nr 4 do s.i.w.z. tj. treść istotnych postanowień umowy, które w § 1 ust. 4 oraz § 5 ust. 8 otrzymują brzmienie:

§ 1 ust. 4:

„Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 30.12.2008 r.”

§ 5 ust. 8:

„Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od podpisania umowy.”

Uprzejmie proszę o uwzględnienie wprowadzonych zmian w przygotowywanych ofertach.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Informację wytworzył: **Jarosław Talarowski**
Data wytworzenia informacji: **26.11.2008 r.**

Warszawa, dn. 04.12.2008 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu wielozadaniowego z dwiema głowicami wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem w zakresie obsługi, nr sprawy 16/IX/2008.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana oferta firmy:

TMS Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa

Oferta ww. wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert (100 pkt.), w tym 80 pkt. w kryterium cena oraz 20 pkt. w kryterium parametry techniczne.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

Informację wytworzył: **Jarosław Talarowski**

Data wytworzenia informacji: **04.12.2008 r.**

Informację dodano **2008-11-21 15:37:57**

Informację zaktualizowano **2008-12-04 14:36:42**

wprowadzający: **Konrad Jankowski**